

УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНАЯ КУ-9В

Предназначена для контроля основных эксплуатационных параметров дыхательных аппаратов со сжатым воздухом на соответствие требованиям, изложенным в руководствах по эксплуатации дыхательных аппаратов и Приказа МЧС России от 27.06.2022 года № 640 «Об утверждении Правил проведения личным составом Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде», таких как: АП «Север», АП «Омега», АИР-98МИ, АИР-300СВ, ПТС+90D «БАЗИС», РА-90 Plus, Spiromatic QS, AIR-PAK 4.5 Fifty.

Установка разработана АО «КАМПО» по заказу ГУ ГПС МЧС России.



ОСОБЕННОСТИ

- Компактность;
- Ударопрочный, пылевлагозащищенный корпус;
- Простая и надежная пневматическая схема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка позволяет контролировать основные эксплуатационные параметры дыхательных аппаратов, а именно:

- аппаратов с избыточным давлением под лицевой частью:
 - герметичность воздухопроводной системы дыхательного аппарата;
 - избыточное давление в подмасочном пространстве лицевой части;
 - редуцированное давление;
 - давление открытия предохранительного клапана редуктора (у аппаратов АИР-98МИ и АИР-300СВ);
- аппаратов без избыточного давления под лицевой частью:
 - герметичность легочного автомата при избыточном и вакуумметрическом давлении;
 - давление открытия клапана легочного автомата;
 - давление открытия клапана выдоха лицевой части;
- спасательных устройств аппаратов:
 - герметичность лицевой части и легочного автомата спасательного устройства при вакуумметрическом давлении;
 - давление открытия клапана легочного автомата спасательного устройства;

Для проверки используются муляж головы человека или проверочные диски ПД-9 и ПД-10, при этом:

- для проверки масок Panorama Nova и Panorama Nova Standard, S-Mask, МП-01, АИР-98МИ.12.00.000, AV-2000 используется муляж головы человека;
- для проверки масок МП-01, АИР-98МИ.12.00.000, масок на базе ПМ(ППМ)-88 используется проверочный диск ПД-9;

— для проверки масок Panorama Nova и Panorama Nova Standard, АИР-98МИ.12.00.000, ПМ «Дельта-ГС»; используется проверочный диск ПД-10.

Масса установки не более 4,5 кг.

Масса муляжа не более 3 кг.

Масса проверочных дисков ПД-9 и ПД-10 не более 4,6 кг.

Габаритные размеры :

- установки – 300х250х200 мм;
- муляжа – 210х270х300 мм;
- проверочного диска ПД-10 – не более 190х370х300 мм.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Для обеспечения работы установка комплектуется:

— муляжом головы или диском проверочным (оговаривается при заказе);

— переходниками, позволяющими производить проверки конкретных типов аппаратов:

№ 1 – для проверки аппаратов АП «Север» (со шлангом-коротышом спасательного устройства), АП «Омега»;

№ 3 – для проверки аппаратов АИР-98МИ, АИР-300СВ, ПТС+90D «БАЗИС», РА-90 Plus;

№ 4 – для проверки аппаратов АП-2000, АП «Север»;

По дополнительному заказу установка может комплектоваться переходниками:

№ 2 – для проверки аппаратов Spiromatic QS;

№ 5 – для проверки аппаратов AIR-PAK Fifty 4,5.

Помимо этого в комплект поставки входит комплект ЗИП с необходимыми расходными материалами, обеспечивающими нормальную работу установки в процессе эксплуатации.

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности». (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).